

風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価基準

検査方法	抗体価（単位等）	測定キット名（製造販売元）
HI法 （赤血球凝集抑制法）	8倍以下（希釈倍率）	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)
	8倍以下（希釈倍率）	R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)
EIA法 （酵素免疫法）	6.0未満（EIA価）	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社)
	1.5未満 (国際単位(IU)/ml)	エンザイグノストB風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)
ELFA法 （蛍光酵素免疫法）	2.5未満 (国際単位(IU)/ml)	バイダス アッセイキット RUB IgG (シスメックス・ビオメリュー株式会社)
LTI法 （ラテックス免疫比濁法）	1.5未満 (国際単位(IU)/ml)	ランピア ラテックス RUBELLA ランピア ラテックス RUBELLA II (極東製薬工業株式会社)
CLEIA法 （化学発光酵素免疫法）	2.0未満 (国際単位(IU)/ml)	アクセス ルベラIgG (ベックマン・コールター株式会社)
	1.1未満（抗体価）	i-アッセイCL風疹IgG (株式会社保健科学西日本)
FIA法 （蛍光免疫測定法）	1.5未満 (抗体価AI*)	BioPlex MMRV IgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)
	1.5未満 (国際単位(IU)/ml)	BioPlex ToRC IgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)
CLIA法 （科学発光免疫測定法）	1.5未満 (国際単位(IU)/ml)	Rubella-Gアボット (アボットジャパン株式会社)
ICA法 （イムノクロマト法）	IgG 陰性	バイオライン ルベラ IgG/IgM (アボットダイアグノスティクスマディカル株式会社)

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位（今後キットの追加の可能性あり）